



**ul. Słowackiego 18  
87-700 Aleksandrów Kujawski**

tel. centrala (054) 282 80 00, sekretariat (054) 282 80 01

fax. (054) 282 80 02

e-mail: [spzcal@poczta.onet.pl](mailto:spzcal@poczta.onet.pl)



Aleksandrów Kujawski, dnia 10.06.2022 r.

L.dz. P.Sz. / 4468 /22

Do wszystkich Wykonawców  
postępowania nr: 13/2022  
[www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl](http://www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl)  
[www.miniportal.uzp.gov.pl](http://www.miniportal.uzp.gov.pl)

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania 13/2022 w trybie podstawowym na dostawę Sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety opublikowanego na platformie e-zamowienia dnia 02.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00192120/01**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. działając zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) wyjaśnia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

#### **Pytanie Nr dot. części 5, poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic, o grubości na palcu – 0,12 mm oraz grubości na dłoni – 0,08 mm. Pragniemy zaznaczyć, że większa grubość rękawicy minimalizuje ryzyko uszkodzeń, jednocześnie zapewniając bardzo dobrą chwytność i wrażliwość dotyku.

#### **Odpowiedź Nr 1**

Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie Nr 2 dot. części 6**

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/745 (MDR) w sprawie wyrobów medycznych zastępującego obowiązującą Dyrektywę 93/42/EWG o wyrobach medycznych (MDD) prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktów zgodnych z aktualnymi regulacjami prawnymi tj. Rozporządzeniem UE 2017/745 (MDR).

#### **Odpowiedź Nr 2**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktów zgodnych z aktualnymi regulacjami prawnymi tj. Rozporządzeniem UE 2017/745 (MDR).

#### **Pytanie Nr 3 dot. części 6**

Zamawiający w w/w pakiecie opisał rękawice o długości równej 300 mm. Prosimy o potwierdzenie, że jest to wymóg oznaczający długość minimalną i Zamawiający zaakceptuje rękawice o długości  $\geq 300$  mm.

#### **Odpowiedź Nr 3**

Zamawiający potwierdza, że jest to wymóg oznaczający długość minimalną i Zamawiający zaakceptuje rękawice o długości  $\geq 300$  mm.

#### **Pytanie Nr 4 dot. części 9**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby siła zrywu w w/w pozycji potwierdzona była badaniami jednostki niezależnej i zaakceptowanie, jako potwierdzenie raportu z badań producenta nie starszego niż 2019 r. Należy zaznaczyć, że to producent jest podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badań zgodności z normą EN 455 ( a więc również badań dotyczących siły zrywu) dla każdej wyprodukowanej serii rękawic będących wyrobem medycznym.



**Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.**  
**ul. Słowackiego 18**  
**87-700 Aleksandrów Kujawski**

tel. centrala (054) 282 80 00, sekretariat (054) 282 80 01

fax. (054) 282 80 02

e-mail: [spzcal@poczta.onet.pl](mailto:spzcal@poczta.onet.pl)



---

#### **Odpowiedź Nr 4**

Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie Nr 5 dot. części 5 oraz 7**

Czy Zamawiający zaakceptuje potwierdzenie parametrów rękawic raportami z badań producenta ( min. z 2019 r.) w miejsce kart danych technicznych. Badania producenta bowiem precyzyjnie i rzetelnie określają rzeczywiste parametry produktu, natomiast karta techniczna służy do określenia parametrów minimalnych.

#### **Odpowiedź Nr 5**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.