



**ul. Słowackiego 18  
87-700 Aleksandrów Kujawski**

tel. centrala (054) 282 80 00, sekretariat (054) 282 80 01

fax. (054) 282 80 02

e-mail: [spzcal@poczta.onet.pl](mailto:spzcal@poczta.onet.pl)



Aleksandrów Kujawski, dnia 29.11.2022 r.

L.dz. P.Sz. / 8985 /22

Do wszystkich Wykonawców  
postępowania nr: 31/2022  
[www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl](http://www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl)  
[www.miniportal.uzp.gov.pl](http://www.miniportal.uzp.gov.pl)

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania 31/2022 w trybie podstawowym na dostawę Sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety opublikowanego na platformie e-zamowienia dnia 22.11.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00452684/01**

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) wyjaśnia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

#### **Pytanie Nr 1 Zadanie 1 Poz. 4.5,6,7**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę z rozszerzoną skalą, co daje możliwość użycia mniejszej strzykawki do pośredniej objętości

#### **Odpowiedź Nr 1**

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie Nr 2 Zadanie 1 Poz. 18**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu bezigłowego o poniższych parametrach : system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 360 użyci, obudowa przezroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, przezroczysty, membrana jednorodna, przezroczysta, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi. objętość wypełnienia, przepływ min. 350 ml/min. przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem.

#### **Odpowiedź Nr 2**

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie Nr 3 Zadanie 1 Poz. 19**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wolna od PVC o długości 60 mm (w części przezroczystej), pozostałe parametry zgodnie z SWZ

#### **Odpowiedź Nr 3**

Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie Nr 4 Zadanie 1 Poz. 19**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą biorczą dwukanałową ściętą dwupłaszczyznowo, co uniemożliwia wysuwanie się przyrządów z pojemników i wypływ z miejsca połączenia oraz umożliwia szybkie opróżnienie pojemnika z płynem i wstępne wypełnienie komory

#### **Odpowiedź Nr 4**

Zgodnie z SWZ.



**Pytanie Nr 5 Zadanie 1 Poz. 21 i 22**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przedłużaczy o średnicy drenu 1,24 mm i 3 mm do wyboru Zamawiającego

**Odpowiedź Nr 5**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie Nr 6 Zadanie 1 Poz. 21 i 22**

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy przedłużacz do pomp ma nie zawierać ftalanów (w tym DEHP) i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym)

**Odpowiedź Nr 6**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie Nr 7 Zadanie 1 Poz. 21 i 22**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przedłużacza przezroczystego do pomp z osłonkami łącznika męskiego i żeńskiego Luer lock

**Odpowiedź Nr 7**

Zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że wszelkie wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.