



ul. Słowackiego 18
87-700 Aleksandrów Kujawski

tel. centrala (054) 282 80 00, sekretariat (054) 282 80 01

fax. (054) 282 80 02

e-mail: spzcal@poczta.onet.pl



Aleksandrów Kujawski, dnia 02.07.2024 r.

L.dz. P.Sz. / 5412 /24

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr: 15/2024
<http://www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl>
www.ezamowienia.gov.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania 15/2024 w trybie podstawowym na "Sukcesywna dostawa gazów medycznych z podziałem na pakiety" opublikowanego na platformie e-zamowienia dnia 26.06.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00384606

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) wyjaśnia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie Nr 1 (dot. wzoru umowy):

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź Nr 1

Zamawiający nie dopuszcza możliwości podpisania umowy przez Wykonawcę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pytanie Nr 2 (dot. pakietu nr 1 – pozycja nr 2):

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę/wykreślenie **ciśnienie 200 bar** – butle tlenowe 40 l o pojemności 6,4m3 są pod **ciśnieniem 150 bar** (butli 200 bar w tej pojemności nie posiadamy)

2	Tlen medyczny, butle stalowe 40 litrowe (6,4m3) 200 bar 150 bar	m3	1000
---	---	----	------

Odpowiedź Nr 2

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie tlenu medycznego, butle stalowe 40 litrowe (6,4m3) **150 bar**.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający informuje, że wszelkie wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.