



**ul. Słowackiego 18
87-700 Aleksandrów Kujawski**

tel. centrala (054) 282 80 00, sekretariat (054) 282 80 01

fax. (054) 282 80 02

e-mail: spzcal@poczta.onet.pl



Aleksandrów Kujawski, dnia 09.07.2024 r.

L.dz. P.Sz. / 5723,5724 /24

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr: 16/2024
www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl
www.ezamowienia.gov.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania 16/2024 w trybie podstawowym na dostawę środków kontrastowych, płynów z podziałem na pakiety opublikowanego na platformie e-zamowienia dnia 04.07.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00397672

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) wyjaśnia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr III Materiały medyczne i produkty lecznicze do terapii ciągłej nerkozastępczej do aparatu Prismaflex POZYCJA 6 „Cewnik dializacyjny ,wysokoprzepływowo, dwuświatłowy, bez bocznych otworów, hydrofilny, z powłoką antybakteryjną zawierającą sole bizmutu ,proste końcówki, średnica zew. Do wyboru 11,5 Fr lub 13 Fr, o długościach do wyboru: 15 cm lub 20 cm lub 25 cm; zestaw zawiera: cewnik, igłę wprowadzającą, kalibrowany przewodnik, 2 x korek do wstrzyknięć luer-lock, rozszerzacz naczyniowy, opatrunek” pozwoli zaoferowanie zestawu bez zawartości opatrunku ?

Odpowiedź Nr 1

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 2 pakiet III pozycja 6

Czy Zamawiający w pakiecie III poz. 6 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow), z poliuretanu, bez otworów bocznych, bez powłoki antybakteryjnej o średnicy 11 FR lub 13 Fr o długościach: 15 cm, 20 cm lub 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź Nr 2

Zgodnie z SWZ oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 z dnia 09.07.2024 r.

Pytanie Nr 3 pakiet III pozycja 6

Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI



ul. Słowackiego 18
87-700 Aleksandrów Kujawski

tel. centrala (054) 282 80 00, sekretariat (054) 282 80 01

fax. (054) 282 80 02

e-mail: spzcal@poczta.onet.pl



-
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
 - igła wprowadzająca 18G
 - rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
 - nasadki iniekcyjne Luer Lock
 - opakowanie zawiera 3 szt.

Odpowiedź Nr 3

Zamawiający wymaga ramion prostych.

Pytanie Nr 4 pakiet III pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu III poz. 6 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź Nr 4

Nie.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający informuje, że wszelkie wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.