



**ul. Słowackiego 18
87-700 Aleksandrów Kujawski**

tel. centrala (054) 282 80 00, sekretariat (054) 282 80 01

fax. (054) 282 80 02

e-mail: spzcal@poczta.onet.pl



Aleksandrów Kujawski, dnia 10.10.2025 r.

L.dz. P.Sz. /8514 /25

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr: 23/2025
<http://www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl>
www.ezamowienia.gov.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania 23/2025 w trybie podstawowym na dostawę sprzętu różnego opublikowanego na platformie e-zamowienia dnia 03.10.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00455821

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) wyjaśnia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie Nr 1 Do umowy:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź Nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie Nr 2 Pakiet SPRZĘT RÓŻNY, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Nr 2

Tak.

Pytanie Nr 3 Pakiet SPRZĘT RÓŻNY, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'10 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Nr 3

Tak.

Pytanie Nr 4 Pakiet SPRZĘT RÓŻNY, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Nr 4

Tak.

Pytanie Nr 5 Pakiet SPRZĘT RÓŻNY, pozycja 5-7

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy bez zatyczki?

Odpowiedź Nr 5

Nie.

Pytanie Nr 6 Pakiet SPRZĘT RÓŻNY, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną wykonaną z FEP (teflonu)?

Odpowiedź Nr 6

Nie.



ul. Słowackiego 18
87-700 Aleksandrów Kujawski

tel. centrala (054) 282 80 00, sekretariat (054) 282 80 01

fax. (054) 282 80 02

e-mail: spzcal@poczta.onet.pl



Pytanie Nr 7 Pakiet SPRZĘT RÓŻNY, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną wykonaną z PUR (poliuretanu)?

Odpowiedź Nr 7

Nie.

Pytanie Nr 8 Pakiet SPRZĘT RÓŻNY, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'90 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Nr 8

Tak.

Pytanie Nr 9 Pakiet SPRZĘT RÓŻNY, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową nr 5,0?

Odpowiedź Nr 9

Zamawiający nie dopuszcza w pozycji 28 maski krtaniowej nr 5,0.

Pytanie Nr 10 Pakiet SPRZĘT RÓŻNY, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści nie silikonowane rurki intubacyjne zbrojone z mankietem w opakowani folia – papier bez punktowych zgrzewów utrzymujących kształt?

Odpowiedź Nr 10

Nie.

Pytanie Nr 11 Pakiet SPRZĘT RÓŻNY, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone z mankietem posiadająca oznaczenie w postaci dwóch pełnych pierścieni?

Odpowiedź Nr 11

Nie.

Pytanie Nr 12 Pakiet SPRZĘT RÓŻNY, pozycja 39


Czy Zamawiający dopuści zgłębnik G-Tube w rozmiarach CH18 i CH20?

Odpowiedź Nr 12

Tak.

Pytanie Nr 13 Pakiet SPRZĘT RÓŻNY, pozycja 40

Czy Zamawiający dopuści łącznik do drenów o poniższych wymiarach:



Odpowiedź Nr 13

Tak.

Pytanie Nr 14 Pakiet SPRZĘT RÓŻNY, pozycja 41

Czy Zamawiający dopuści kateter moczowodowy typ Nelaton w rozmiarze 3F-7F?

Odpowiedź Nr 14

Zgodnie z SWZ.



ul. Słowackiego 18
87-700 Aleksandrów Kujawski

tel. centrala (054) 282 80 00, sekretariat (054) 282 80 01

fax. (054) 282 80 02

e-mail: spzcal@poczta.onet.pl



Pytanie Nr 15 Pakiet SPRZĘT RÓŻNY, pozycja 42-45

Czy Zamawiający dopuści wycenę na sztuki wraz z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź Nr 15

Tak.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający informuje, że wszelkie wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.