



**ul. Słowackiego 18
87-700 Aleksandrów Kujawski**

tel. centrala (054) 282 80 00, sekretariat (054) 282 80 01

fax. (054) 282 80 02

e-mail: spzcal@poczta.onet.pl



Aleksandrów Kujawski, dnia 08.12.2025 r.

L.dz. P.Sz. / 10318 /25

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr: 28/2025
<http://www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl>
www.ezamowienia.gov.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania 28/2025 w trybie podstawowym na "Dostawa Gazików i cewników z podziałem na pakiety" opublikowanego na platformie e-zamowienia dnia 02.12.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00570826

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) wyjaśnia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie Nr 1 Do umowy:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź Nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie Nr 2 Pakiet II, pozycja 1 rozm 12 i 14

Czy Zamawiający dopuści dla rozmiarów CH12 oraz CH14 dreny wykonane z silikonu, ze standardowym końcem dystalnym, o długości 50cm, z otworem centralnym i 6 otworami bocznymi, wyposażone w pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości drenu? Pozostałe rozmiary zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Nr 2

Nie.

Pytanie Nr 3 Pakiet II, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji z rozmiarem 34 i 36 dreny brzuszne w rozmiarze 32? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź Nr 3

Nie.

Pytanie Nr 4 Pakiet II, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z silikonu w rozmiarach CH: 12, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 33, 36, 39?

Odpowiedź Nr 4

Nie.

Pytanie Nr 5 Pakiet II, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren z nierozszerzonym końcem dystalnym?



Odpowiedź Nr 5

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 6 Pakiet II, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 50cm, z otworem centralnym i 6 otworami bocznymi, wyposażony w pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości drenu?

Odpowiedź Nr 6

Nie.

Pytanie Nr 7 Pakiet II, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dren z 100% biokompatybilnego, przezroczystego silikonu o długości ramion 450mmx180mm dla rozmiaru CH12 i CH14?

Odpowiedź Nr 7

Nie.

Pytanie Nr 8 Pakiet II, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dren o długości ramion 450mmx180mm, rozmiar CH8 lub CH10 zamiast CH9?

Odpowiedź Nr 8

Tak.

Pytanie Nr 9 Pakiet II, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dreny CH12 i CH14 wykonane z lateksu kauczuku naturalnego o długości ramion 800mm x 50mm x 50mm?

Odpowiedź Nr 9

Nie.

Pytanie Nr 10 Pakiet II, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany podwójnie: wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia?

Odpowiedź Nr 10

Tak.

Pytanie Nr 12 Pakiet II, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści sterylne cewnik Tiemanna ze standardową powierzchnią – niezmrózoną?

Odpowiedź Nr 12

Nie.

Pytanie Nr 13 Pakiet II, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik Ch8 w miejsce rozmiaru Ch6? Pozostałe rozmiary zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Nr 13

Tak.

Pytanie Nr 14 Pakiet II, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych o długości 140cm, opakowanie folia?

Odpowiedź Nr 14

Zamawiający dopuści opakowanie folia, Zamawiający nie wyraża zgody na cewnik o długości 140cm.



ul. Słowackiego 18
87-700 Aleksandrów Kujawski

tel. centrala (054) 282 80 00, sekretariat (054) 282 80 01

fax. (054) 282 80 02

e-mail: spzcal@poczta.onet.pl



Pytanie Nr 15 Pakiet II, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych o długości 200cm, opakowanie folia?

Odpowiedź Nr 15

Tak.

Pytanie Nr 16 Pakiet II, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego pakowany podwójnie: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia/papier?

Odpowiedź Nr 16

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 17 Pakiet II, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z drenem CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn./śr. zewn.) oraz kanką CH21 o długości 26cm – 3,9mm/7,0mm (średnicą wewn./średnicą zewn.) 7,0, jak na zdjęciu?



Odpowiedź Nr 17

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 18 Pakiet II, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona pakowane w sposób lekko zwinięty?

Odpowiedź Nr 18

Nie.

Pytanie Nr 19 Pakiet II, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści dreny w rozmiarze od Ch8-Ch18 (zamiast Ch20 dren Ch18)?

Odpowiedź Nr 19

Nie.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający informuje, że wszelkie wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.